



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

Trajano de Moraes - RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAJANO DE MORAES

CNPJ Nº 12.995.547/0001-53

Tel:

Relatório de Vencedores de Preços

Processo	Processo Requerimento Nº 002075/2025					
Compra	2421 - Dispensa 000061/2025 - 20/05/2025 11:20:36					
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO,ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA.					
Fornecedor e Proposta	PLANILHA DE PREÇOS PRÉ APURADA, NÚCLEO DE COMPRAS 00.000.000/0000-00 Rua Coronel João Martins, - - Centro - Trajano de Moraes - RJ - Brasil - CEP: 28750-000 - (22)2525-2525 Validade: 30 Dia(s) Entrega/Conclusão: 7 Dia(s)					
Lote	1 - Lote 1					
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
1	00005824 - Analisador automático de bioquímica	serviço		9	6.800,000000	61.200,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

Trajano de Moraes - RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAJANO DE MORAES

CNPJ Nº 12.995.547/0001-53

Tel:

Relatório de Vencedores de Preços

Processo	Processo Requerimento Nº 002075/2025
Compra	2421 - Dispensa 000061/2025 - 20/05/2025 11:20:36
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO, ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA.
Fornecedor e Proposta	PLANILHA DE PREÇOS PRÉ APURADA, NÚCLEO DE COMPRAS 00.000.000/0000-00 Rua Coronel João Martins, - - Centro - Trajano de Moraes - RJ - Brasil - CEP: 28750-000 - (22)2525-2525 Validade: 30 Dia(s) Entrega/Conclusão: 7 Dia(s)
Lote	1 - Lote 1

Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
--------	------	---------	--------------	------------	----------	-------

Analizador automático de bioquímica

- Taxa de transferência
até 300 testes/hora.

- Reagentes

Bandeja refrigerada com 60 posições
de reagentes;

Frascos: R1 somente 60mL;

Frasco bi-reagente: R1 31mL e R2
28mL;

Detector de nível para reagentes;

Passos de pipetagem de 1µL.

- Amostras

Bandeja de amostra com 60 posições
(pacientes, controles, calibradores e
brancos) para copos de amostra ou
tubos primários;

Detector de nível para amostras;

Volume mínimo: 2µL (passo 1µL);

Processamento de amostra STAT;

Diluição automática de amostra para
valores anormais

- Reação

100 cubetas plásticas e semi-
descartáveis (10 segmentos com 10
cubetas cada);

Volume mínimo: 220µL;

Temperatura: 37°C.

- Metodologia

Endpoint, Kinetis e Two Points;

Testes químicos e imunoquímicos
(imunoturbidimetria);

Calibrações lineares e não lineares.

- Sistema Fotométrico

10 filtros fotométricos (340, 380, 405,
450, 505, 546, 578, 600, 650 e 700
nm) e um filtro extra (opcional);

Lâmpada halógena;

Alcance óptico: -0,1 até 3,6 abs.

- Sistema de lavagem

Lavagem automática das cubetas de
reação;

Lavagem interna e externa da sonda;

Consumo de água: aprox. 1,6 mL/
teste.

- Programas



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

Trajano de Moraes - RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAJANO DE MORAES

CNPJ Nº 12.995.547/0001-53

Tel:

Relatório de Vencedores de Preços

Processo	Processo Requerimento Nº 002075/2025
Compra	2421 - Dispensa 000061/2025 - 20/05/2025 11:20:36
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO, ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA.
Fornecedor e Proposta	PLANILHA DE PREÇOS PRÉ APURADA, NÚCLEO DE COMPRAS 00.000.000/0000-00 Rua Coronel João Martins, - - Centro - Trajano de Moraes - RJ - Brasil - CEP: 28750-000 - (22)2525-2525 Validade: 30 Dia(s) Entrega/Conclusão: 7 Dia(s)
Lote	1 - Lote 1

Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
	Ambiente Windows. - Controle de qualidade Controla o armazenamento de dados com visualização gráfica (Levey-Jennings). - Manutenção 110/220V. - Dimensão (AXLXPL) 45 X 80 X 58 cm. - Peso 45 kg.					61.200,00

Total Lote: **61.200,00**

Total Fornecedor: **61.200,00**

Total Geral: **61.200,00**